

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 KESIMPULAN

Suhu penyimpanan obat High Alert telah sesuai dengan SOP Rumah Sakit yang mengacu pada Permenkes No. 72 Tahun 2016, yaitu suhu ruangan 15-30°C dan suhu dingin 2-8°C, dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%.

V.2 SARAN

1) Untuk Rumah Sakit

Disarankan agar petugas depo rawat jalan instalasi farmasi di rumah sakit meningkatkan perhatian terhadap kesesuaian suhu obat yang perlu diwaspadai (*High Alert*).

2) Untuk Institusi Pendidikan

Sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Universitas Bhakti Kencana untuk penelitian selanjutnya.

3) Untuk Peneliti

Sebagai sumber pembelajaran berdasarkan penelitian yang diperoleh selama perkuliahan, serta dapat meningkatkan pemahaman mengenai kesesuaian suhu obat yang perlu diwaspadai (*High Alert*).